



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
И МЕТРОЛОГИИ**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

Ленинский просп., д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991  
Тел: 236-03-00; факс: 236-62-31; <http://www.gost.ru>

ИНН 7706406291 КПП 770601001 л/с 03172001720 в УФК  
по г. Москве р/с 40105810700000010079 в Отделении  
1 Московского ГТУ Банка России г. Москва БИК 044583001

Генеральному директору  
«Специализированной  
инжиниринговой компании  
«Севзапмонтажавтоматика»

А.А. Нозику

17.12.2009 № ВП-101-32/9878

На № \_\_\_\_\_

Уважаемый Александр Абрамович!

Сообщаю, что в Федеральном агентстве была проведена проверка ПО «ДЕЛЬТА-СИ» версии 4.0, предоставленного Вашей организацией, на соответствие «Требованиям к совместимости программно-аппаратных средств метрологической службы юридического лица с автоматизированной информационной системой учета результатов поверки Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (АИС «Метрконтроль»)).

В результате проверки предоставленного ПО установлено следующее:

передача данных о поверочной деятельности метрологической службы юридического лица, аккредитованной на право поверки (далее - МСЮЛ) в Центральный узел (далее - ЦУ) АИС «Метрконтроль» Федерального агентства с использованием ПО «ДЕЛЬТА-СИ» выполняется корректно;

передача локальных справочников МСЮЛ из ПО «ДЕЛЬТА-СИ» в ЦУ АИС «Метрконтроль» Федерального агентства выполняется корректно;

прием данных справочников централизованного ведения АИС «Метрконтроль» Федерального агентства программным обеспечением «ДЕЛЬТА-СИ» выполняется корректно;

при проверке ПО «ДЕЛЬТА-СИ» не выявлено ошибок, приводящих к аварийному завершению ПО.

Таким образом, предоставленное Вами программное обеспечение «ДЕЛЬТА-СИ» версии 4.0 соответствует требованиям к совместимости с АИС «Метрконтроль».

Обращаю Ваше внимание, что все копии ПО «ДЕЛЬТА-СИ»,

установленные в МСЮЛ, должны полностью соответствовать ПО, прошедшему проверку в Федеральном агентстве. В случае изменения ПО «ДЕЛЬТА-СИ», в части его сопряжения с АИС «Метрконтроль», необходимо предоставить его новую версию на повторную проверку.



В.Н. Крутиков